


## Andra Gauge - Istruzioni d'uso

Antero-Posteriore Sagittale Verticale



1. Inserire Andra Gauge nella bocca del paziente. Allineare il segno centrale della culla dentaria mascellare con la linea mediana dei denti mascellari superiori.
2. Selezionare le posizioni Antero/Posteriore, Verticale e Sagittale desiderate.
3. Bloccare le posizioni e togliere Andra Gauge dalla bocca del paziente.




4. Applicare materiali per registrazione oclusale nello spazio formatosi tra le culle per i denti, mascellare e mandibolare.
5. Attendere la presa del materiale per registrazione oclusale. (Questo fornisce supporto extra tra le culle superiore ed inferiore).
6. Applicare il materiale per registrazioni oclusali sulle superfici superiore ed inferiore della forchetta oclusale. Applicare abbastanza materiale per registrazioni oclusali da compensare per la posizione verticale desiderata sulla porzione superiore della forchetta oclusale.
7. Inserire nella bocca del paziente iniziando dall'arcata superiore. Allineare il segno centrale della culla mascellare alla linea mediana anteriore sup. Far chiudere i denti inferiori nella culla per i denti mandibolari.
8. Tenere fino a quando il materiale di registrazione fa presa.
9. Rimuovere Andra Gauge.

**Italia** Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646  
 Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48  
**Croazia** 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454  
[www.ilic.it](http://www.ilic.it) e-mail [ilic@ilic.it](mailto:ilic@ilic.it)  
 Azienda Certificata ISO 9001:2008 SOLO PER ORDINI

## Andra Gauge - Istruzioni d'uso

Antero-Posteriore Sagittale Verticale



1. Inserire Andra Gauge nella bocca del paziente. Allineare il segno centrale della culla dentaria mascellare con la linea mediana dei denti mascellari superiori.
2. Selezionare le posizioni Antero/Posteriore, Verticale e Sagittale desiderate.
3. Bloccare le posizioni e togliere Andra Gauge dalla bocca del paziente.



4. Applicare materiali per registrazione oclusale nello spazio formatosi tra le culle per i denti, mascellare e mandibolare.
5. Attendere la presa del materiale per registrazione oclusale. (Questo fornisce supporto extra tra le culle superiore ed inferiore).
6. Applicare il materiale per registrazioni oclusali sulle superfici superiore ed inferiore della forchetta oclusale. Applicare abbastanza materiale per registrazioni oclusali da compensare per la posizione verticale desiderata sulla porzione superiore della forchetta oclusale.
7. Inserire nella bocca del paziente iniziando dall'arcata superiore. Allineare il segno centrale della culla mascellare alla linea mediana anteriore sup. Far chiudere i denti inferiori nella culla per i denti mandibolari.
8. Tenere fino a quando il materiale di registrazione fa presa.
9. Rimuovere Andra Gauge.

**Italia** Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646  
 Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48  
**Croazia** 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454  
[www.ilic.it](http://www.ilic.it) e-mail [ilic@ilic.it](mailto:ilic@ilic.it)  
 Azienda Certificata ISO 9001:2008 SOLO PER ORDINI

## Andra Gauge - Istruzioni d'uso

Antero-Posteriore Sagittale Verticale



1. Inserire Andra Gauge nella bocca del paziente. Allineare il segno centrale della culla dentaria mascellare con la linea mediana dei denti mascellari superiori.
2. Selezionare le posizioni Antero/Posteriore, Verticale e Sagittale desiderate.
3. Bloccare le posizioni e togliere Andra Gauge dalla bocca del paziente.



4. Applicare materiali per registrazione oclusale nello spazio formatosi tra le culle per i denti, mascellare e mandibolare.
5. Attendere la presa del materiale per registrazione oclusale. (Questo fornisce supporto extra tra le culle superiore ed inferiore).
6. Applicare il materiale per registrazioni oclusali sulle superfici superiore ed inferiore della forchetta oclusale. Applicare abbastanza materiale per registrazioni oclusali da compensare per la posizione verticale desiderata sulla porzione superiore della forchetta oclusale.
7. Inserire nella bocca del paziente iniziando dall'arcata superiore. Allineare il segno centrale della culla mascellare alla linea mediana anteriore sup. Far chiudere i denti inferiori nella culla per i denti mandibolari.
8. Tenere fino a quando il materiale di registrazione fa presa.
9. Rimuovere Andra Gauge.

**Italia** Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646  
 Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48  
**Croazia** 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454  
[www.ilic.it](http://www.ilic.it) e-mail [ilic@ilic.it](mailto:ilic@ilic.it)  
 Azienda Certificata ISO 9001:2008 SOLO PER ORDINI

## Andra Gauge - Istruzioni d'uso

Antero-Posteriore Sagittale Verticale



1. Inserire Andra Gauge nella bocca del paziente. Allineare il segno centrale della culla dentaria mascellare con la linea mediana dei denti mascellari superiori.
2. Selezionare le posizioni Antero/Posteriore, Verticale e Sagittale desiderate.
3. Bloccare le posizioni e togliere Andra Gauge dalla bocca del paziente.



4. Applicare materiali per registrazione oclusale nello spazio formatosi tra le culle per i denti, mascellare e mandibolare.
5. Attendere la presa del materiale per registrazione oclusale. (Questo fornisce supporto extra tra le culle superiore ed inferiore).
6. Applicare il materiale per registrazioni oclusali sulle superfici superiore ed inferiore della forchetta oclusale. Applicare abbastanza materiale per registrazioni oclusali da compensare per la posizione verticale desiderata sulla porzione superiore della forchetta oclusale.
7. Inserire nella bocca del paziente iniziando dall'arcata superiore. Allineare il segno centrale della culla mascellare alla linea mediana anteriore sup. Far chiudere i denti inferiori nella culla per i denti mandibolari.
8. Tenere fino a quando il materiale di registrazione fa presa.
9. Rimuovere Andra Gauge.

**Italia** Sede 20135 Milano V.le Umbria 19/a tel 02 55 016 500 fax 02 55 016 646  
 Filiale 00161 Roma Via G.B. Morgagni 19 tel 06 44 033 50 fax 06 44 033 48  
**Croazia** 52223 Rasa Ulica N. Tesle 18 tel +385 (0) 52 874 452 fax +385 (0) 52 874 454  
[www.ilic.it](http://www.ilic.it) e-mail [ilic@ilic.it](mailto:ilic@ilic.it)  
 Azienda Certificata ISO 9001:2008 SOLO PER ORDINI